
TheraMart

GRUPO THERA



Colchões Antiescaras – TM400 / TM425 / TM450 / TM440 / TM526

# MANUAL DE USUÁRIO

## IMPORTANTE: LEIA CUIDADOSAMENTE E MANTENHA.

Rev.06-11-2026

www.theramart.com
www.theramart.com.br
www.theramart.cl

www.grupo-thera.com

## 1 INTRODUÇÃO

[PT] Este guia do usuário contém informações essenciais sobre os Colchões Antiescaras Theramart. Ele inclui detalhes sobre o produto, sugestões de quando e como usá-lo, especificações técnicas, orientações de uso, dicas de limpeza, e muito mais. Por favor, dedique um momento para ler cuidadosamente e compreender todas as instruções antes de começar a desfrutar do seu produto.

## 2 INFORMAÇÕES DE CONTATO

Endereço: Rua César Augusto Dalsóquio, 4255, Galpão A, Sala 30, Salseiros, Itajaí/SC, CEP 88311-500

CNPJ: 45.784.439/0001-90

Responsável Técnico: Priscila de Gouveia Zamboni Lins CRF-SC 20958

Registro ANVISA N.: 82692690010

## 3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nossos Colchões Antiescaras Theramart TM400, TM425 e TM526 são cuidadosamente confeccionados com a espuma viscoelástica 'Memory Foam'. Isso significa que eles foram projetados para tornar a experiência mais confortável para o paciente, ajudando a redistribuir a pressão, minimizar a fricção na pele e se ajustar de maneira personalizada ao corpo. Independentemente da posição, a espuma se molda suavemente, distribuindo o peso de forma equilibrada. Esses colchões desempenham um papel importante na prevenção e tratamento de úlceras de pressão, garantindo o bem-estar do paciente.

Os modelos TM440 e TM450 são fabricados somente com espuma de alta densidade 26D.

## 4 INDICAÇÃO DE USO

Nossos Colchões Antiescaras Theramart são destinados a pacientes em ambientes hospitalares gerais ou de atendimento domiciliar (HomeCare) e têm como objetivo principal prevenir e tratar úlceras de pressão. Eles foram projetados para melhorar o conforto do paciente, ao mesmo tempo em que promovem a redistribuição uniforme da pressão.

Recomenda-se que a implementação desses colchões seja feita em conjunto com a avaliação clínica de fatores de risco e análises da pele realizadas por um profissional de saúde. Isso garantirá o uso mais adequado e eficaz do produto, adaptado às necessidades específicas do paciente.

## 5 ESPECIFICAÇÕES

Modelos: TM400, TM425, TM450, TM440, TM526

- TM400, TM425 e TM526: fabricados com espuma viscoelástica 'Memory Foam' e espuma de alta densidade "HD Foam"
- TM440 e TM450: fabricados somente com espuma de alta densidade 26D
- Capa de colchão uniforme e lisa para facilitar transferência e posicionamento
- TM400, TM425 e TM526: projetados para proteger áreas críticas de pressão: cabeça, sacral e calcâneo
- Peso máximo suportado: 226 kg (exceto TM440 Therabase: 162 kg)

| MODELO E NOME | DIMENSÃO | MATERIAL COLCHÃO | CAPA | DENSIDADE |
|---|---|---|---|---|
| **TM400 Therafoam** | 200 × 90 × 15 cm / 188 × 88 x 15 cm | Memory Foam + Alta Densidade | Dupla camada poliéster | Sup: Memory Foam 45D; Inf: Alta Densidade 26D |
| **TM425 Multifoam** | 200 × 90 × 15 cm / 188 × 88 x 15 cm | Memory Foam + Alta Densidade | 100% Poliéster | Sup calcâneo: 45D; Sup sacral/ cabeça: 26D; Lateral: 26D; Inf: Alta Densidade 26D |
| **TM450 Therazona** | 200 × 90 × 15 cm / 188 × 88 x 15 cm | Espuma de Alta Densidade (camada única) | Poliéster + PVC | Única camada Alta Densidade 26D |
| **TM440 Therabase** | 200 × 90 × 15 cm / 188 × 88 × 15 cm / Peso máx.: 162 kg | Espuma de Alta Densidade | 100% Poliéster | Alta Densidade 26D |
| **TM526 Theradays** | 200 × 90 × 15 cm / 188 × 88 x 15 cm | Memory Foam + Alta Densidade | Poliéster + PVC | Sup calcâneo: 45D; Sup sacral/ cabeça: 26D; Inf: Alta Densidade 26D |

## 6 MODO DE USO

Para começar a usar seu novo colchão, remova cuidadosamente toda a embalagem. (Não use facas, tesouras ou qualquer objeto pontiagudo para abrir o produto pois pode danificar acidentalmente o colchão).

O colchão começará a voltar ao seu tamanho normal imediatamente e estará totalmente utilizável dentro de 30 a 90 minutos. Ele continuará a se descomprimir e a se firmar nas próximas 24 a 48 horas. Para prolongar a vida útil do colchão, recomendamos que ele seja girado a cada 3 ou 4 meses. O colchão deve ser depositado sobre a cama escolhida, e posteriormente coberto com lençol, devidamente limpo, antes de se posicionar o paciente.

Como qualquer produto de mobiliário, o colchão deverá estar perfeitamente instalado na cama, para evitar quaisquer transtornos ao paciente e ao profissional médico.

1. Certifique-se de que as grades laterais da cama funcionam corretamente.
2. Certifique-se de que a estrutura da cama é aplicável para uso com o colchão.
3. Posicione o colchão de modo que o nome Theramart fique virado para cima e na extremidade dos pés da cama.
4. Coloque o colchão na cama.
5. Forre o colchão com lençóis, se for o caso.
6. Coloque o paciente em posição no colchão: a. Certifique-se de que os calcanhares do paciente estejam na direção da extremidade dos pés do colchão. b. Verifique se o paciente está centralizado no colchão, com o corpo alinhado corretamente. Se a cama tiver o mecanismo de pé retrátil, ajuste a seção dos calcanhares adequada para a altura do paciente.

**PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, RECOMENDA-SE:**

Durante o uso:

- Colocar a cama e, consequentemente, o colchão em ambiente ventilado e fresco, proporcionando bem-estar ao paciente, e maior vida útil do produto.
- Evitar o derramamento de líquidos e produtos corrosivos líquidos no colchão, para evitar sua deterioração.
- Antes de posicionar o paciente, certifique-se de que há um lençol cobrindo a superfície do colchão que entrará em contato com o paciente.

## 7 INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

**LIMPEZA:**

1. Os componentes internos não podem ser lavados.
2. Não mergulhe o colchão em soluções de limpeza ou desinfecção. Não deixe acumular líquidos.
3. Ao limpar a parte debaixo do colchão, não deixe nenhum líquido infiltrar na área do zíper; líquidos em contato com o zíper podem vazar para dentro do colchão.

**OBSERVAÇÕES:**

1. Limpe toda a superfície usando um pano limpo e úmido e uma solução de água com sabão neutro.
2. Seque completamente.

**CUIDADOS COMPLEMENTARES:** (para melhor conservação do produto, ao limpar recomenda-se):

1. Utilizar escova de cerdas macias;
2. Não lavar em máquinas de lavar nem em tanquinhos elétricos;
3. Secar à sombra;
4. Não torcer.

**DESINFECÇÃO:**

1. Alguns desinfetantes são corrosivos por natureza e podem causar danos ao produto, caso sejam usados de forma incorreta. Use apenas os "Desinfetantes sugeridos" descritos abaixo, de acordo com as instruções do fabricante.
2. É necessário secar completamente antes de armazenar ou colocar lençol. Remova o excesso de desinfetante; resíduos podem causar degradação do material da capa.
3. Não seguir esses procedimentos pode anular a garantia do produto.

**DESINFETANTES SUGERIDOS:**

1. Produtos de limpeza quaternários
2. Produtos de limpeza fenólicos
3. Solução de alvejante clorada (alvejante a 5,25% diluído em 1 parte de alvejante para 100 partes de água)
4. Álcool isopropílico a 70%

**OBSERVAÇÕES:**

1. Aplique o desinfetante de acordo com as recomendações do fabricante para concentração e tempo de contato.

2. Evite o excesso de saturação e certifique-se de que o produto não fique úmido por mais tempo do que o recomendado pelo fabricante do produto.

## 8 DESCARTE

Siga as regulamentações locais para reciclagem ou eliminação adequada do produto no final de sua vida útil.

## 9 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar/transportar em temperatura ambiente, ao abrigo de umidade. Manter o produto em sua embalagem original até o momento de utilização. Evitar exposição direta à luz solar.

## 10 ADVERTÊNCIAS

- Examine sempre a pele do doente com regularidade. Consulte um médico caso ocorra eritema ou úlceras cutâneas.
- Inspecione sempre a existência de objetos estranhos entre o colchão e a estrutura da cama.
- Não utilize o colchão numa estrutura de cama maior ou menor, que não se adeque à largura, comprimento ou espessura. Isto serve para evitar o risco do deslizamento ou interferência com partes móveis da cama.
- Não utilize o colchão como um dispositivo de transferência.
- Não utilize, eleve ou mova o colchão com o paciente em cima.
- Não exceda a carga de trabalho segura.
- Utilize o colchão apenas sobre cama ou base firme e plana, adequada às suas dimensões. Não utilize sobre outro colchão.

## 11 PRECAUÇÕES

Esteja sempre atento aos dispositivos ou equipamentos que são colocados em cima do colchão. Pois, podem ocorrer danos na superfície devido ao peso do equipamento, ao calor gerado pelo equipamento ou a bordas cortantes do equipamento.

Não coloque sobrecolchões ou acessórios no interior da cobertura para evitar o risco de reduzir o desempenho da redistribuição da pressão.

Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de uso que acompanham o produto.

## 12 CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplicam.

## 13 EFEITOS ADVERSOS

Não se aplicam.

## 14 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de dúvidas, problemas ou reclamações relacionadas aos Colchões Antiescaras Theramart, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone +55 11 99022-9381 ou pelo e-mail parceiro@theramart.com.

## 15 TERMOS E CONDIÇÕES

Para informações detalhadas sobre garantia, devoluções, trocas e outros termos e condições, consulte o documento de Termos de Uso e Garantia disponível no site da Theramart.

GRUPO THERA

GRUPO THERA INC. – 43rd Floor, Oceania Business Plaza Tower, 2000 Street Punta Colon, Urbanization Punta Pacifica, Panama City – Panama. Chile: Theramart SpA – Av. Presidente Kennedy 5600 of 507 - Vitacura, Chile. Brasil/ Brazil: Theramart Brasil Ltda – CNPJ: 45.784.439/0001-90 – Rua César Augusto Dalsóquio, nº 4255, Galpão A Sala 30 – Bairro Salseiros – Itajaí – SC – CEP 88311-500 – Brasil.

www.theramart.com
www.theramart.com.br
www.theramart.cl
www.grupo-thera.com